

医学院货物类比价项目公告

一、项目基本情况

申购编号：202400004；202400005

项目名称：体式显微镜；振动切片机

预算金额：130000 元（人民币）；160000 元（人民币）

采购需求：

序号	项目名称	数量	技术参数（服务要求）简述	交货期（服务开始时间）	交货地点（服务地点）
1	体式显微镜	1	1、变焦比不小于 18:1； 2、变焦范围不小于 0.75-13.5 倍 3、1 倍平场复消色差物镜，数值孔径值不小于 0.156，工作距离不小于 60mm； 4、LED 透射底座，最少具有斜射相干照明方法；LED 反射双光纤照明，可以任意弯曲照明方向，光源与显微镜同一品牌； 5、热台：温度变化范围不小于室温至 60 度，玻璃厚度不大于 1mm，直径不小于 180mm； 6、彩色成像系统不小于 900 万像素，相机芯片不小于 1 英寸；	免税证明发放后 90 天内	重庆南路 280 号五号楼

			7、电脑工作站：处理器不低于 i7，内存不小于 16G，硬盘不小于 1T，显示器不小于 23 寸。		
2	振动切片机	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 可同时使用半自动和全自动模式； 2. 全自动模式提供自动进样、样品回缩、和切窗功能； 3. 操作模式可以个别选择，并且可以储存 8 种用户设置； 4. 环境条件:工作温度：最低 5℃--最高 35℃； 5. 相对湿度：最大为 60%； 6. 刀片架能旋转 90 度确保精确的插入整把双刃剃须刀、蓝宝石刀或注射刀； 7. 最优化的刀片架设计尽量减少缓冲液的溢出； 8. 切片频率（±10%）：85Hz 9. *振幅：0-3mm，0.05mm 增幅 10. *切片速度（±10%）：0.01-1.5mm/s 11. 回退速度（±10%）：1-5mm/s，0.5mm/s 增幅 12. 样品的总垂直行程：20mm(电动) 13. 切片范围：45mm 14. 切片窗口：0.5mm-45mm 15. 样品回缩：0-100 μ m(可调，可关闭) 16. *最大样品尺寸： 刀架：33*50mm 	免税证明发放后 90 天内	上海交大医学院组胚遗传发育系五号楼

			样品定位: 360° 样品托, 可旋转: 0-10° 17. 切片厚度设置: 手动, 1 μm 增幅; 或自 动, 最厚 1000 μm 18. LED 照明至少 5 级可调节的光强		
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

付款方式: 80%前期 LC, 20%验收合格后 TT 或送货后 80%TT, 验收合格后 20%TT (二选一)

质保期: 质保期 ≥ 1 年

二、申请人的资格要求:

- (1) 供应商具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 在经营活动中没有重大违法记录。

三、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

四、文件提交

1、现场提交：上海市重庆南路 227 号 4 舍 321

2、电子邮件：1610567098@qq.com

六、对本次比选提出询问，请按以下方式联系

名 称：上海交通大学医学院

项目联系人： 徐老师 潘老师

联系方式： 63846590*776214 776766