

医学院货物、服务类比价项目公告

一、项目基本情况

申购编号：202300811&202300812

项目名称：离心机&连续波长酶标仪

预算金额：84800 元(台式冷冻离心机 63800 元&台式离心机 21000 元)&144900 元（人民币）

采购需求：

序号	项目名称	数量	技术参数（服务要求）简述	交货期（服务开始时间）	交货地点（服务地点）
1	台式冷冻离心机	1 台	1、离心力 $\geq 21,330 \times g$ （15,060 rpm） 2、离心时间：10 s - 2 min, 10 s 递增； 2 min - 10 min, 30 s 递增；10 min - 99 min, 1 min 递增；连续离心 3、最大转子容量 $\geq 24 \times 1.5/2.0$ mL, 10×5 mL 离心管， 96 \times 0.2 mL 单管/12 \times 8 排管 4、噪音： < 56 dBa 5、从零加速至最高转速的时间 ≤ 15 秒 6、从最高转速降速至零的时间 ≤ 15 秒 7、具备快速锁定转子盖功能，仅需旋转 1/4 圈即可快速、可靠地锁紧或打开转子盖 8、铝合金或更优材质转子，导热性好，保	免税证明发放后 90 天内	上海交通大学医学院西院七号楼

		<p>护温度敏感性样品</p> <p>9、具有气密性转子盖，可高温高压灭菌，瞬时离心功能，按住即可快速离心</p> <p>10、快速制冷功能,从室温 23° C 降至 4° C 所需时间≤11 分钟</p> <p>11、 高效压缩机控制，提供自动待机功能，可选 1、2、4、8 小时无使用后自动待机，降低能耗</p> <p>12、 温控范围：-11 ° C 至 40 ° C</p> <p>13、 内置冷凝水槽，防止离心腔内冷凝水积聚，防止腐蚀</p>		
2	台式离心机	<p>1、最大相对离心力 (rcf) $\geq 21,330 \times g$ (15,060 rpm)</p> <p>2、最大容量 $\geq 24 \times 1.5/2.0$ mL 离心管， 10 \times 5 mL 离心管， 96 \times 0.2 mL 单管/12 \times 8 排管</p> <p>3、 加速时间（零至最高转速）≤ 15 s</p> <p>4、 减速时间（最高转速至零）≤ 15 s</p> <p>5、 超低噪音水平 (<51dB)：确保超静音的工作环境</p> <p>6、至少 10 档可调加速/减速功能，保护敏感样品</p> <p>7、 铝合金或更优材质转子</p> <p>8、气密性固定角转，提供更安全的操作环境</p>	免税证明发放后 90 天内	上海交通大学医学院西院七号楼

二、申请人的资格要求：

- (1) 供应商具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 在经营活动中没有重大违法记录。

三、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

四、文件提交

- 1、现场提交：上海市重庆南路 227 号 4 舍 321
- 2、电子邮件：1610567098@qq.com

六、对本次比选提出询问，请按以下方式联系

名 称：上海交通大学医学院

项目联系人： 徐老师 冷老师

联系方式： 63846590*776214 776332