

医学院货物、服务类比价项目公告

一、项目基本情况

申购编号：202300680/202300671

项目名称：细胞计数仪/冷冻切片机

预算金额：38000 元/196000 元 （总计 234000 元）（人民币）

采购需求：

序号	项目名称	数量	技术参数（服务要求）简述	交货期（服务开始时间）	交货地点（服务地点）
1	细胞计数仪	1	1. 检测参数：浓度，活率，直径，圆度，结团率，生长曲线，类器官计数，类器官分析，汇合度分析。 2. 浓度范围：1x10 ⁴ -3x10 ⁷ cells/mL。 3. 直径范围：细胞 2-180 um；类器官 ≤ 800 um。 4. 样品体积：≤20 uL 5. 耗材类型：细胞计数板，通量≥5 个；血球计数板；35/60/100 mm 细胞培养皿；T25 细胞培养瓶；4 槽/8 槽腔室载玻片。	合同签订后 <u>30</u> 天内	上海市黄浦区重庆南路227号东院区健康所 1 号楼 5 楼

			6. 聚焦方式：图像自动聚焦（固定焦距，无需手动调焦，避免人为误差）。 7. 触控显示屏：≥8 英寸，支持多点触控，无需外接电脑操作。 8. 内置存储：≥128 G（≥5 万个完整样品数据）。		
2	冷冻切片机	1	1. 切片厚度：1-100 μm； 2. 修片厚度：5-600 μm； 3. 样本回缩：0-100 μm，5 μm 增幅； 4. 水平行程范围：≥30 mm，垂直行程范围：≥62 mm； 5. 电动进样速度：档可调，300 μm/s、900 μm/s； 6. 自动除霜功能：可设定自动除霜时间点，实现自动启动除霜功能，除霜更彻底，也可以主界面手动一键开启除霜功能； 7. 具备≥2 个独立压缩机制冷，在显示屏界面可直观显示 2 个压缩机状态，便于客户更好了解设备运行状态； 8. 制冷标配实现≥4 点制冷，且可单独进行箱体、样本头、刀架、冷台等多点制冷，制冷温度可单独进行控温及调节； 9. 刀架制冷温度：-15℃~-30℃，温度精准且可以调节； 10. 冷冻台：温度范围-10℃~-42℃，温度精准且可以调节；	合同签订后 <u>30</u> 天内	上海市黄浦区重庆南路 227 号东院区健康所 1 号楼 5 楼

			11.大容量冷冻位点：可一次性速冻≥20 个样本（含 2 个半导体制冷），半导体快速制冷位点最低温度≤-60℃； 12. 具有冷凝瓶检测功能：自动检测冷凝废液瓶液位，提前预警更换。		
--	--	--	---	--	--

付款方式：验收合格后一次性支付

质保期/服务终止时间：≥ 2 年

二、申请人的资格要求：

- （1）供应商具有独立承担民事责任的能力；
- （2）供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）在经营活动中没有重大违法记录。

三、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

四、文件提交

1、现场提交：上海市重庆南路 227 号 4 舍 321

2、电子邮件：yuangqing025@126.com

3、截止时间：2023-11-7

五、对本次比选提出询问，请按以下方式联系

名 称：上海交通大学医学院

项目联系人：袁老师、李老师 联系方式：63846590-776214、771057